

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - EMPRESA: AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - PE 90014/2025 - MUNICIPIO DE PIRAPORA



De

Carlos, Lara <lara.carlos@medtronic.com>

Para

sesau.licitacao@pirapora.mg.gov.br <sesau.licitacao@pirapora.mg.gov.br>

Cópia

Marinho, Karina <karina.b.marinho@medtronic.com>, Santos, Zuleide <zuleide.c.santos@medtronic.com>

Data

18/09/2025 15:16

Prezados, boa tarde.

Analizando o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 90014/2025 - PROCESSO 061/2025 - MUNICIPIO DE PIRAPORA e com a intenção de apresentarmos nossa proposta de maneira correta, solicitamos a gentileza de nos esclarecer sobre os questionamentos abaixo:

O item 196, **Transmissor Guardian Link 3**, não veio acompanhado da informação relativa ao código solicitado. Para esclarecimento, seria necessário confirmar se o código a ser fornecido corresponde ao **MMT 7810W1** ou ao **MMT 7910W1**.

Aproveito para realizar nosso segundo esclarecimento. Os transmissores de Glicemia Guardian Link **MMT-7810W1 e MMT-7910W1** possuem uma bateria interna, recarregável, não substituível, com vida útil de aproximadamente **1 ano** após o início de uso. Para o pleno funcionamento da bateria interna, a primeira carga deve ocorrer dentro de **6 meses** da data de fabricação do produto. No entanto, informamos que como são fabricados fora do país, o processo de importação pode levar até 2 meses para disponibilidade de comercialização na Medtronic Brasil.

Pergunta: os transmissores serão aceitos com prazo de validade de 90 (noventa) dias para sua recarga no paciente?

Da mesma forma, informamos que os sensores **MMT 7020C1** apresentam validade de **12 meses** a partir da sua fabricação. Por se tratar de produto importado, é necessário levar em consideração que há um prazo para sua importação, logística e trâmites de desembaraço aduaneiro. Assim, o sensor, no seu momento de entrega, possuirá validade **pelo menos de 6 meses** da data de sua fabricação para comercialização no Brasil.

Pergunta: os sensores serão aceitos com prazo de validade de 180 (cento e oitenta) dias?

Obrigada e sendo assim, aguardamos retorno desta R. Administração

Atenciosamente,

Lara de Lima Carlos

Estagiária de Licitação | Captação | Bid &Tenders

Medtronic

Tower Bridge Corporate

Av. Jornalista Roberto Marinho, 85 / 10º Floor | São Paulo, SP, 04576-010 | Brazil

lara.carlos@medtronic.com

[medtronic.com](https://www.medtronic.com) | [Facebook](#) | [LinkedIn](#) | [Twitter](#) | [YouTube](#)



[CONFIDENTIALITY AND PRIVACY NOTICE] Information transmitted by this email is proprietary to Medtronic and is intended for use only by the individual or entity to which it is addressed, and may contain information that is private, privileged, confidential or exempt from disclosure under applicable law. If you are not the intended recipient or it appears that this mail has been forwarded to you without proper authority, you are notified that any use or dissemination of this information in any manner is strictly prohibited. In such cases, please delete this mail from your records. To view this notice in other languages you can either select the following link or manually copy and paste the link into the address bar of a web browser: <http://emaildisclaimer.medtronic.com>