



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ 23.539.463.0001/21
AV. Otávio Carneiro, 1102 - Centro – CEP 39.272-150 - Pirapora - MG
Fone: 0** 38 3740-6221
Site: www.pirapora.mg.gov.br - Email: licitacao.sesau.pirapora@gmail.com

**RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO FORMULADO
POR EMPRESA INTERESSADA EM PARTICIPAR DO CERTAME**

Pirapora (MG), 22 de setembro de 2025.

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 061/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90014/2025**

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO MÉDICO-HOSPITALAR, FISIOTERÁPICO E CLÍNICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIRAPORA-MG.

Assunto: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - EMPRESA: AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - PE 90014/2025 - MUNICÍPIO DE PIRAPORA

O presente pedido de esclarecimentos merece conhecimento, haja vista sua tempestividade.

Questionamentos 01:

1. O item 196, Transmissor Guardian Link 3, não veio acompanhado da informação relativa ao código solicitado. Para esclarecimento, seria necessário confirmar se o código a ser fornecido corresponde ao MMT 7810W1 ou ao MMT 7910W1.

RESPOSTA DO SETOR TÉCNICO: *Código do produto a ser entregue será MMT 7910W1.*

Questionamentos 02:

2. Os transmissores de Glicemia Guardian Link MMT-7810W1 e MMT-7910W1 possuem uma bateria interna, recarregável, não substituível, com vida útil de aproximadamente 1 ano após o início de uso. Para o pleno funcionamento da bateria interna, a primeira carga deve ocorrer dentro de 6 meses da data de fabricação do produto. No entanto, informamos que como são fabricados fora do país, o processo de importação pode levar até 2 meses para disponibilidade de comercialização na Medtronic Brasil.

Pergunta: os transmissores serão aceitos com prazo de validade de 90 (noventa) dias para sua recarga no paciente?

RESPOSTA DO SETOR TÉCNICO: *Diante da justificativa, sim, com mínimo de 90 dias.*

Questionamentos 03:

Da mesma forma, informamos que os sensores MMT 7020C1 apresentam validade de 12 meses a partir da sua fabricação. Por se tratar de produto importado, é necessário levar em consideração que há um prazo para sua importação, logística e trâmites de desembaraço aduaneiro. Assim, o sensor, no seu momento de entrega, possuirá validade pelo menos de 6 meses da data de sua fabricação para comercialização no Brasil.

Pergunta: os sensores serão aceitos com prazo de validade de 180 (cento e oitenta) dias?

RESPOSTA DO SETOR TÉCNICO: *Diante da justificativa, sim, com validade mínimo de 180 dias.*

Reinaldo Da Conceição Fonseca. Mat. 4739
Pregoeiro Sesau. Portaria 035/2025